

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 5 รายการ

1. ความเป็นมา

ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร มีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับผู้สูงอายุ มีไม่เพียงพอต่อการใช้สอย เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เห็นถึงปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้อนุมัติ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อใช้สำหรับผู้สูงอายุ ภายใน ศพส.บ้านบางแคร

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทบกระเทือนหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้องงานและได้แจ้งเจียนหรือให้เป็นผู้ท้องงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้องงาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศราคาก่อนแล้ว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร ณ วันประกาศประกาศราคาก่อนแล้ว หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อนแล้ว

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุว่า ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกัน เช่นวันนี้

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ลงชื่อ.....นายกรุงศรี..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....นายวิจัย..... กรรมการ ลงชื่อ.....นางสาวอรุณรัตน์..... กรรมการ
(น.ส.นรพร ไชยพฤกษ์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจิ ละภักดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส.4

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสารทัศน์ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอ ในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.13.1 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

3.13.2 สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

4. รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดส่งแพนกวันคุณภาพที่ดีที่สุด ตามที่กำหนดโดยผู้ซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวน ให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวน ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ 1 เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 291,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพาจ่าย และใช้งานได้สะดวก

1.2 สามารถวัดผลความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

1.3 เครื่องใช้งานได้ทั้งแบบhardtไฟฟ้า หรือถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/AAA

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยี Real Fuzzy Technology ซึ่งมีระบบควบคุมปั๊มน้ำแบบพิเศษ (เครื่องจะจับค่าความดันโลหิตพร้อมจับชีพจรตั้งแต่ที่เริ่มปล่อยลมเข้าผ้าพันแขนจนพbloติกของผู้วัดได้อย่างรวดเร็ว และบีบตันแขนน้อย)

2.2 การแสดงผลบนหน้าจอ ประกอบด้วย :

ลงชื่อ.....น.ส.นรพร ไชยพฤกษ์..... ประisanกรรมการ ลงชื่อ.....ธนกร กองเอนกฯ✓..... กรรมการ ลงชื่อ.....พญ.รุ่ง คงกระ一刻..... กรรมการ
(น.ส.นรพร ไชยพฤกษ์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญใจ) (นางนุจรี ละภักดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส.4

2.2.1 ความดันโลหิตค่าบน (Systolic Blood Pressure) ความดันโลหิตค่าล่าง (Diastolic Blood Pressure) และค่าชีพจร

2.2.2 สัญญาณที่ว่าใจเต้นผิดปกติ หากพบรห่วงการวัด

2.2.3 สัญญาณความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง

2.2.4 สัญญาณเดือน หากมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะทำการวัด (Movement Detector)

2.3 สามารถบันทึกข้อมูลการตัดค่าไม่น้อยกว่า 90 ค่า

2.4 ผ้าพันตันแขนแบบ Cone Cuff สามารถใช้ได้กับตันแขนที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 24 -36 ซม.

2.5 ช่วงการทำงาน และความแม่นยำ :

ความดันโลหิต 30 - 260 มม.ปี Roth ความแม่นยำ ± 3 มม.ปี Roth

ชีพจร 40 - 199 ครั้ง/นาที ความแม่นยำ ± 5%

2.6 หน้าจอ มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดตรวจเที่ยบค่าน้ำทรูน

3. เสื่อไขมูกะ

3.1 อุปกรณ์เพิ่มเติม :

3.1.1 กระเบ้าสำหรับใส่เครื่องวัดความดัน จำนวน 1 ใบ

3.1.2 Adaptor จำนวน 1 ชุด

3.1.3 ผ้าพันตันแขน จำนวน 1 ชุด

3.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

3.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 13485 : 2016

3.4 ผลิตภัณฑ์มีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

3.5 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายการที่ 2 เครื่องตรวจปริมาณความเค็ม แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 145,500 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เครื่องตรวจปริมาณความเค็มในอาหาร

1.2 เครื่องมีน้ำหนักเบา สะดวกในการพกพา และใช้งานได้ง่ายสะดวก

1.3 สามารถวัดปริมาณความเค็ม หรือโซเดียมในอาหารได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

1.4 เครื่องใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม แบบกระดุม

2. คุณสมบัติ...

ลงชื่อ..... นพ. ภูมิ.... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... นพ. ใจพร..... กรรมการ ลงชื่อ..... พญ. นรี..... กรรมการ
(น.ส.นพร ไชยพุกย์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญ) (นางนุจจิ ละภักดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส.4

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 ใช้ตรวจวัดระดับความเค็มในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ (% NaCl) ในหน่วยกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (g/100ml)

2.2 การแสดงผลเป็นแบบ OLED แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแสดงค่า % เกลือ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

2.3 การวัดปริมาณความเค็ม ใช้หลักการวัดคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า (Conductive)

2.4 ความสามารถในการวัดผล 0.01%-2.00% NaCl

2.5 ความละเอียดในการวัดผล 0.01% NaCl

2.6 ความแม่นยำในการวัด ± 0.30% NaCl

2.7 มีระบบสอบเทียบความถูกต้อง หรือความแม่นยำได้ด้วยตนเอง (calibration)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

3.2 คู่มือวิธีการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อ่านง่าย 1 ชุด

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐาน EN 61326-1:2013

รายการที่ 3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 329,800 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดสามารถแสดงผลตรวจและจดจำผลตรวจได้

1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพาง่าย และใช้งานได้สะดวก

1.3 สามารถวัดผลระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

1.4 ใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ หรือ ถ่านกระดุม

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1. เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ใช้คู่กับแบบทดสอบ (Test Strip) และเข้ม喇叭เลือดที่ปลายน้ำใช้สำหรับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วย

2.2 เครื่องตรวจใช้หลักการวัดแบบ Electrochemical Biosensor

2.3 ช่วงระดับน้ำตาลที่ตรวจวัดได้ อยู่ระหว่าง 20-600 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

2.4 สามารถตรวจวัดระดับได้ในช่วงความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) 20 – 60 %

2.5 มีระบบการเก็บบันทึกข้อมูล ไม่น้อยกว่า 500 ค่า

2.6 เครื่องมีระบบ...

ลงชื่อ.....นายน พงษ์ชัย..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....นาย อาทิตย์ คง ใจดี/..... กรรมการ ลงชื่อ.....พญ.รุ่ง ภัทท์..... กรรมการ
(น.ส.นรพร ไชยพฤกษ์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนุจจิ ละภักดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส.4

- 2.6 เครื่องมีระบบเตือน เมื่อเกิดความขัดข้อง และปริมาณเลือดไม่พอ กับการตรวจวัด
- 2.7 ตัวเครื่องมีปุ่มกดสำหรับถอดแบบทดสอบที่ใช้งานแล้วออก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัส
- 2.8 แบบทดสอบใช้ Glucose Dehydrogenase (FAD)
- 2.9 ใช้ปริมาณเลือดในการตรวจไม่น้อยกว่า 0.5 ไมโครลิตร

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง,
แบบทดสอบ (Strip test) จำนวน 100 ชิ้น และเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว จำนวน 100 ชิ้น
- 3.2 ผลิตภัณฑ์มีเอกสารใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- 3.3 ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ EN 15197:2015, ISO 13485, US FDA และ CE TUV
- 3.4 คุณมีวิธีการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
- 3.5 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รายการที่ 4 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 349,200 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
- 1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด แบบพกพาง่าย และใช้งานได้สะดวก
- 1.3 สามารถวัดผลระดับไขมันในเลือดได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
- 1.4 เครื่องใช้แบตเตอรี่ถ่านอัลคาไลน์

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ใช้กับแบบทดสอบคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
- 2.2 ใช้หลักการตรวจวัด แบบ Amperometric สามารถวัดผลระดับไขมันในเลือดได้
- 2.3 สามารถใช้ได้กับเลือดครบรส่วนจากปลายนิ้ว (Finger Capillary Whole Blood)
- 2.4 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดชนิดคอเลสเตอรอล ได้ระหว่าง 100-400 mg/dL
- 2.5 ใช้ปริมาณเลือดในการตรวจวัด ไม่น้อยกว่า 3 μ l
- 2.6 แบบตรวจวัดระดับไขมัน (Cholesterol) ในเลือด ใช้เวลาตรวจและอ่านผล 15 วินาที
- 2.7 สามารถตรวจในเลือดที่มีช่วง Hematocrit 30-50%
- 2.8 เก็บบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 50 ค่า
- 2.9 หน้าจอแสดงผลการวัดค่าเป็นแบบ LCD

3. เงื่อนไขเฉพาะ

ลงชื่อ.....น.ส. พญ. อรุณรัตน์ ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....น.ส. สุชาดา ทองเจริญ กรรมการ ลงชื่อ.....นางนุจจิ คงกิจ กรรมการ
(น.ส.นรพร ไชยพฤกษ์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญ) (นางนุจจิ คงกิจ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส.4

3. เนื่องไข่เฉพาะ

3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

3.2 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO13485 , CE และมีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3.3 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ 1 ชุด ประกอบด้วย

3.3.1 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด 1 เครื่อง พร้อมกระเบื้อง 1 ใบ

3.3.2 แผ่นตรวจน้ำหนักคอลเลสเตอรอล จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น

3.3.3 เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น

3.3.4 ปากกาสำหรับเจาะเลือด จำนวน 1 ชิ้น

รายการที่ 5 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นจำนวนเงิน 184,300 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม โดยสามารถคำนวณอัตรา
ความต้องการเผาผลาญของร่างกาย (BMR) และวัดดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ได้

1.2 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา ใช้งานได้สะดวก

1.3 สามารถวัดผลน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

1.4 เครื่องทำงานโดยใช้ถ่านอัลคาไลน์ หรือถ่านกระดุม

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นระบบเทคโนโลยีเซนเซอร์ 4 จุด เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

2.2 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม

2.3 เครื่องสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ที่ละ 100 กรัม และมีค่าความแม่นยำไม่น้อยกว่า ± 0.6 กิโลกรัม

2.4 สามารถเลือกการแสดงผลการชั่งได้ 2 หน่วย คือ กิโลกรัม (Kg.) และ ปอนด์ (lb)

2.5 เครื่องสามารถ เปิด-ปิด ได้อัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน

2.6 ฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นกระชากชนิดหนาพิเศษ มีความแข็งแรง ทนทานในการใช้งาน

2.7 หน้าจอเครื่องแสดงผลเป็น LCD มีขนาดตัวเลขความสูงไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร เพื่อการ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน

2.8 สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับ Application เพื่อบันทึกค่าการชั่งได้

2.9 ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 30x27x2.2 เซนติเมตร

3. เนื่องไข่เฉพาะ

ลงชื่อ.....นาย.....นรพ. กฤษณะ/.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....ธารา หงส์ ใจมุรุ.....กรรมการ ลงชื่อ.....พงษ์ ศิริกุล.....กรรมการ

(น.ส.นรพ. ไชยพฤกษ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(น.ส.สุชาดา ทองเจริญโรจน์)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

(นางนุชรี ละภักดี)

ผู้ช่วยพยาบาล ส.4

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 3.2 ผลิตภัณฑ์มีเอกสารใบอนุญาตการนำเข้าจากกระทรวงพาณิชย์
- 3.3 คูมีอวีร์การใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่พัสดุและส่วนควบของพัสดุที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบของพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 60 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

7. งบประมาณ

งบประมาณจำนวน 1,299,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงินงบประมาณที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจางงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

8. การส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยส่งมอบงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 8.1 เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเบื้องอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.2 เครื่องตรวจวัดปริมาณความเค็ม แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง
- 8.3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเบื้องอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.4 เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด จำนวน 97 เครื่อง พร้อมกระเบื้องอุปกรณ์ 1 ชุด
- 8.5 เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล จำนวน 97 เครื่อง

9. การเบิกจ่ายเงิน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่งปวง ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซึ่งขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแครได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าพัสดุ

10. สถานที่...

ลงชื่อ.....นาย นรพพร ไชยพุกษ์.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....นาย สมชาย ใจดี.....กรรมการ ลงชื่อ.....นางสาว กานดา ใจดี.....กรรมการ
(น.ส.นรพพร ไชยพุกษ์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญโรจน์) (นางนารี ใจดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ศ.4

10. สถานที่ส่งมอบงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทรศัพท์ 0 2455 1592

11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (ราคานี้เสนอต้องไม่เกินงบประมาณที่กำหนดแต่ละรายการ)

12. เอกสารสิทธิ์

ผลงานทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร กรรมกิจการผู้สูงอายุ หากผู้รับจ้างต้องการเผยแพร่ผลการศึกษาในทางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแคร กรรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

13. อัตราค่าปรับ

กรณีไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

14. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร

เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทรศัพท์ 0 2455 1592

e-mail address : banbangkhae@dop.mail.go.th

ลงชื่อ.....นน. อรุณรัตน์.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....น.ส. สุชาดา ทองเจริญ.....กรรมการ ลงชื่อ.....พญ. ศ.ก.ก......กรรมการ
(น.ส.นพร ไชยพฤกษ์) (น.ส.สุชาดา ทองเจริญ) (นางนุชรี ลักษกิตติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ผู้ช่วยพยาบาล ส.4